

dinTANDLÆGE Jelling ApS


Rosenvold 6, 7300 Jelling

har fået kontrolleret vandkvaliteten i
dentale units for Kimtal 37° og Legionella

Resultaterne overholder kravene iht. de
Nationale Infektionshygiejniske
Retningslinjer (NIR) - 2. udgave 2019

Kontrollen er akkrediteret og udført

11. februar 2026



Paw Nielsen, Direktør Højvang Laboratorier A/S



Akkrediteret Laboratorie

Højvang Laboratorier A/S er et 100% dansk privatejet laboratorie.
Vi tilbyder kemiske, fysiske, geotekniske og mikrobiologiske analyser samt
prøvetagning af en række medier såsom jord, vand, luft og bygningsmaterialer

Industri Vest 8, 4293 Dianalund
Karetmagervej 13B, 7000 Fredericia | Nupark 51, 7500 Holstebro
Telefon 58 24 24 58 | www.hmlab.dk | hmlab@hmlab.dk